

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian uji *Coliform* pada Air Limbah Laboratorium Biologi UKAW sebelum dan setelah di lakukan pengolahan menggunakan alat *boraziLab Filter* dapat di simpulkan bahwa nilai indeks MPN pada sampel sebelum di filtrasi >160.000/3000 mL dan nilai indeks MPN pada sampel setelah filtrasi 610/3000 mL.

B. Saran.

Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menguji bakteri *Coliform* dari hasil filtrasi bertahap tiap-tiap *box*.